



Puck, dnia 24 stycznia 2018 roku

Pytania i odpowiedzi do postępowania na dostawę analizatora biochemicznego

nr postępowania: 3/POIR 1.1.1/2017

Działając w imieniu Genloxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzucewo 2, 84-100 Puck zawiadamiam, że w toku postępowania na dostawę analizatora hematologicznego, związanego z realizacją projektu pt. „Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania, na które udzielono poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, którego odczynniki wykazują 60-dniowy okres stabilności po podłączeniu do aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z wbudowanym komputerem oraz monitorem dotykowym umożliwiającym jego obsługę?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wykorzystującego 3 odczynniki robocze, z których 2 umiejscowione są na pokładzie analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy Zapytania Ofertowego.

Pytanie 4. Czy Zamawiający uzna za wystarczające na potwierdzenie warunku p Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia urzędzenia certyfikat wydany 29.12.2017 r. potwierdzający posiadanie przez wykonawcę autoryzowanego serwisu producenta aparatu do końca 2018 r. ?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dokumentu w języku powszechnie używanym tj. angielskim ?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu wydanego w roku 2017 potwierdzającego autoryzowany serwis producenta. Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie dokumentu w języku angielskim.

Pytanie 5. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wystarczającego doświadczenia jeśli wykonawca poda w liście zrealizowanych zleceń dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora hematologicznego ?



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie listy zrealizowanych zleceń w zakresie dostawy odczynników wraz z dzierzwą analizatora hematologicznego.

Pytanie 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby oferent zapewnił autoryzowany serwis potwierdzony certyfikatem wydanym nie wcześniej niż w 2017 r.?

Odpowiedź: Zamawiający uzna za wystarczające posiadanie przez Wykonawcę certyfikatu wydanego w roku 2017 potwierdzającego autoryzowany serwis producenta.


Pytanie 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby instrukcja obsługi w języku polskim została dostarczona wraz z dostawą analizatora, po podpisaniu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim po podpisaniu umowy.

Pytanie 8. Czy Zamawiający w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej i zawodowej wyrazi zgodę na przedłożenie listy zrealizowanych zleceń w zakresie dzierżawy analizatora hematologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie listy zrealizowanych zleceń w zakresie dzierżawy analizatora hematologicznego.

Agnieszka Ladach



SPECJALISTA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ

W imieniu Zamawiającego



genloxa
MEDYCYNA SPERSONALIZOWANA

GENLOXA Sp. z o.o.
Rzucewo 2, 84-100 PUCK
NIP 587-169-70-47, Regon 221524108
tel. 58 739 58 69, fax 58 739 58 85