



Puck, dnia 1 marca 2018 roku

Pytania i odpowiedzi do postępowania na dostawę fabrycznie nowego termocyklera

nr postępowania: 5/POIR 1.1.1/2017

Działając w imieniu Genloxa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzucewo 2, 84-100 Puck zawiadamiam, że w toku postępowania na dostawę fabrycznie nowego termocyklera, związanego z realizacją projektu pt. „Innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania, na które udzielono poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 2 i 4.

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie wzoru umowy, §2 o następujący zapis: „instalacja oraz szkolenie odbędzie się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia dostawy”

Prośbę naszą motywujemy tym, iż odczynniki laboratoryjne które służą do instalacji i szkoleń mają określony termin ważności. Poza tym zobowiązania Wykonawcy powinny być określone terminem granicznym.

Odpowiedź: Zamawiający dodaje ust. 6 w § 2 o treści „Instalacja oraz szkolenie nastąpi w uzgodnionym przez Strony terminie po podpisaniu niniejszej umowy, nie później jednak niż w ciągu 2 miesięcy od dnia dostawy”.

Pytanie 2. Dotyczy wzoru umowy, § 2, ustęp 4.

Uprzejmie prosimy o podanie liczby osób które mają zostać przeszkolone.

Cena sprzętu zawiera koszt szkolenia określonej liczby osób. Ponieważ wg treści umowy przeszkolenie personelu jest zobowiązaniem Wykonawcy, Wykonawca ma prawo poznać przewidywaną liczbę osób które miałyby wziąć udział w szkoleniu.

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje szkolenie 2 osób.

Pytanie 3. Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 4.

Zamawiający we wzorze umowy zapisał:

„Czas reakcji Serwisu od momentu zgłoszenia ewentualnej usterki wynosi maksymalnie 48 godzin. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 10 dni, może się jednak przedłużyć w przypadku braku niezbędnych części zamiennych ze strony producenta. W takich sytuacjach Sprzedający dołoży starań w celu zapewnienia sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach. O ile to możliwe, wszelkie naprawy dokonywane będą w miejscu użytkowania zakupionego sprzętu. W wypadku, gdy istniejące warunki techniczne nie pozwolą na usunięcie usterek na miejscu urządzenie zostanie przekazane do punktu serwisowego, gdzie ewentualne wady i nieprawidłowości zostaną usunięte.”

Uprzejmie prosimy o korektę w/w zapisu tak by brzmiał:

„Czas reakcji Serwisu od momentu zgłoszenia ewentualnej usterki wynosi maksymalnie 72 godziny. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej wynosi maksymalnie 21 dni, może się jednak przedłużyć w przypadku braku niezbędnych części zamiennych ze strony producenta. W takich sytuacjach Sprzedający dołoży starań w celu zapewnienia sprzętu zastępczego o porównywalnych parametrach. O ile to możliwe, wszelkie naprawy



dokonywane będą w miejscu użytkowania zakupionego sprzętu. W wypadku, gdy istniejące warunki techniczne nie pozwolą na usunięcie usterek na miejscu urządzenie zostanie przekazane do punktu serwisowego, gdzie ewentualne wady i nieprawidłowości zostaną usunięte.”

Standardowe warunki serwisowe producenta sprzętu który chcielibyśmy Państwu zaoferować wynoszą:
72 h – czas reakcji serwisu
do 21 dni – czas naprawy.

Producent nie zapewnia sprzętu zastępczego podczas naprawy.
Zapewnienie sprzętu zastępczego podczas naprawy musi skutkować podniesieniem ceny oferowanego sprzętu o 100%. Musielibyśmy bowiem uwzględnić w cenie aparatu koszt aparatu zastępczego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.


Pytanie 4. Dotyczy wzoru umowy, § 5, ustęp 1.

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych z 1% do 0,2%.

Prośbę swoją motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowy powinna cechować równość stron stosunku cywilnego. Korekta o którą prosimy, w znaczym stopniu przybliży wymagany prawem charakter umowy. W treści kodeksu cywilnego nie znajdziemy takich postanowień, które by wskazywały na preferowanie Zamawiającego zawierającego akurat umowę w sprawie zamówienia publicznego. Zasada równości stron zatem nie doznaje żadnych ograniczeń w postępowaniu o zamówienie publiczne. Także żaden zapis ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia wyłomu w przestrzeganiu zasady równości stron i prymatu zasad zawartych w kodeksie cywilnym, przy zawieraniu umów w sprawie zamówienia publicznego. Wręcz przeciwnie, art. 14 i 139 ust. 1 ustawy Pzp odsyłają do stosowania Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej przesądając o czysto cywilistycznym stosunku jaki powstaje pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Agnieszka Ladach



SPECJALISTA DZIAŁU ZAMÓWIEŃ

W imieniu Zamawiającego



GENLOXA Sp. z o.o.
Rzucewo 2, 84-100 PUŁK
NIP 587-169-70-47, Regon 221524108
tel. 58 739 58 89, fax 58 739 58 85